



## Terms Book Agreement

00905525479910

contact@ahf.ngo

www.ahf.ngo

AHFrelief

### ملحق دفتر الشروط ( المواصفات المطلوبة اجهزة الطبية )

الرقم المرجعي لطلب عروض السعر

AHF-Procurement -2020-042

الملاحظات	الكمية المطلوبة	المواصفات الفنية	الوحدة	اسم المادة
Notes	Total Qty	Specification	Unit	Material name
مع كفالة للجهاز والاستلام بعد التجريب	1	Biosystem جهاز مخبر للتحاليل الكيميائية نوع BTS 350	Device	BIOCHEMISTRY ANALAYSER
		المنشأ: اسباني		
مع كفالة للجهاز والاستلام بعد التجريب	1	مثقلة أنابيب للمخبر - مع إمكانية ضبط السرعة والزمن - متعددة الأنابيب على الأقل 6 أنابيب قياس 15 مل	Device	TUBE CENTRIFUGES
		المنشأ: تركي أو صيني		
مع كفالة للجهاز والاستلام بعد التجريب	1	مثقلة هيماوكريت للمخبر - مع إمكانية ضبط السرعة والزمن - متعددة الأنابيب	Device	HEMATOCRITE CENTRIFUGES
		القياس ستاندر		
		المنشأ: تركي		
مع كفالة للجهاز والاستلام بعد التجريب	1	مجهر للمخبر مع أربع عدسات تكبير (4-10-40-100) يجب أن يحتوي أربع عدسات.	Device	MICROSCOPE
		عدسة عينية مزدوجة تكبير (10-16)		
		مع منبع ضوئي		
		المنشأ: تركي أو صيني		
مع كفالة للجهاز والاستلام بعد التجريب	1	جهاز بروثرومبين	Device	Prothrombin ANALAYSER
		قناة واحدة		
		المعايير ستاندر		
		المنشأ: ألماني		
مع كفالة للجهاز والاستلام بعد التجريب	5	مضخة سيروم -للتسريب	Device	Serum pump
		Infusion pump		
		لها شاشة		



## Terms Book Agreement

00905525479910

contact@ahf.ngo

www.ahf.ngo

AHFrelief

		معدل التسريب 1-1200 مل / سا		
مع كفالة للجهاز والاستلام بعد التجريب	5	المنشأ: تركي أو صيني	Device	Syringe pump
		مضخة سيروم سرنك		
		لها شاشة		
		حجم السرنغ 10-30-50 مل		
		معدل التسريب على الأقل 0.1 مل / سا		
مع كفالة للجهاز والاستلام بعد التجريب	1	المنشأ: تركي أو صيني	Device	Vein dicover
		جهاز كشف وريد يعتمد على مبدأ أشعة اسقاطي وليس عبر الجلد.		
		تقنية: أشعة تحت الحمراء		
		مع حامل متحرك للجهاز		
مع كفالة للجهاز والاستلام بعد التجريب	4	المنشأ: تركي أو صيني	Device	Monitor _ neonatal
		مونيتور يقدم مراقبات للضغط الأكسجة ودقات القلب.		
		قات القلب، مع وصلة بلص أو أكسيمتر حديث ولادة		
		حلقية (متكررة الاستخدام).		
		مع كم قياس ضغط حديثي ولادة ورضع		
		مع مقياس حرارة		
شاشة على الأقل 12 انش ملونة.				
عدد مساري 5 مساري.				
مع كفالة للجهاز والاستلام بعد التجريب	1	المنشأ: تركي أو صيني	Device	Neonatal warmer
		جهاز تدفئة لحديث الولادة مع مقياس حرارة مع مأخذ أكسجين وهواء ومؤقت زمني وحساسات للحرارة.		
		مع منبع ضوئي ومساند جانبية متحركة.		
		المنشأ: تركي أو صيني		
مع كفالة للجهاز والاستلام بعد التجريب	1	المنشأ: تركي أو صيني	Device	Intensive phototherapy (submarine)
		جهاز علاج ضوئي مكثف – ليدات إلكتروني – يوزع الأشعة فوق وأسفل الطفل مع تدفئة وإمكانية ضبط الحرارة والزمن.		
		موديل غواصة		
		المنشأ: تركي أو صيني		