

## ملحق المواصفات الفنية 01 - Teknik Özellikler Ek 01 - Technical Specifications Appendix 01

المشروع / proje / المشروع		Establishing and Managing Child Health Services in NW Syria إنشاء وإدارة خدمات صحة الطفل في شمال غرب سوريا		
رمز الطلب Order Ref Sipariş Kodu	AHF-Procurement -2026-006	رقم المشروع / project number / proje numarası	AHF-25027	
معلومات المورد / Tedarikçinin Bilgileri / Supplier's Information				
الاسم التجاري / Ticari Ad / Commercial Name				
شخص التواصل / İrtibat Kişisi / Contact Person				
البريد الإلكتروني / E-posta / E-mail				
موبايل / GSM / Mobile				
عنوان المورد / Adres / Address				
No رقم	اسم المواد ووصفها ITEMS DESCRIPTION SPECIFICATION Malzemenin Adı ve Özelliği	الوحدة Unit Birim	الكمية Quantity Adet	المواصفات الفنية Specification Teknik Özellikler
1	جهاز التنفس بالضغط الإيجابي CPAP	جهاز Device	5	<p>موقع التسليم: سوريا – حلب – عفرين التغذية الكهربائية: 220 فولت – 50 هرتز. المواصفات الفنية الإلزامية: 1. شاشة العرض (Display): • شاشة LCD ملونة رسومية لعرض: الضغط المقاس، حدود الضغط العليا والدنيا، قيمة تركيز الأكسجين المضبوطة والمقاسة، معدل التدفق (LPM)، مؤشر حركة تنفس الطفل. 2. مواصفات التحكم بالأكسجين: • نطاق ضبط الأكسجين: 21%-100% FiO<sub>2</sub>. دقة قياس الأكسجين: ±2%. مزود بخلاط أكسجين إلكتروني قابل للمعايرة. 3. مواصفات الضغط (CPAP Pressure): • ضغط CPAP قابل للضبط: 3 إلى 10 cmH<sub>2</sub>O. دقة الضغط: ±1 cmH<sub>2</sub>O. دقة القراءة: 0.1 cmH<sub>2</sub>O. • صمام تحرير ضغط أمان عند: 15-17 cmH<sub>2</sub>O. الحد الأقصى لمعدل الضغط: 20-0 cmH<sub>2</sub>O. 4. نظام التدفق: • الحد الأقصى للتدفق: 0-15 LPM. دقة التدفق: ±0.5 LPM. Resolution: 0.5 LPM. 5. أنظمة الترطيب: • حجرة ترطيب مزودة بمنظم حرارة وشاشة عرض. يُفضل تقنية الترطيب اللاسلكي (Wireless Humidifier). 6. التنقل والترطيب: • عجلات مع مكابح. عمود IV قابل للارتفاع. حامل متنقل مخصص مع حامل مدمج للترطيب. 7. الإنذارات الصوتية والمرئية: • إنذار تركيز الأكسجين: ±5%. إنذار ضغط مجرى الهواء: ±2 cmH<sub>2</sub>O. • إنذار Apnea: 0-25 ثانية. إنذار فشل الهواء/الأكسجين. انقطاع الكهرباء. انخفاض البطارية. • مؤشر إنذار مرئي أعلى رأس الجهاز. 8. الملحقات الأساسية: • دوائر تنفس أحادية الاستخدام: 10 قطع. دوائر متعددة الاستخدام: 2 قطع. • أغطية سيليكون أنفية بأربعة قياسات (S-XL)، وصلات CPAP مرنة. Prongs أنفية بأحجام متعددة. • أغطية رأس (Bonnet) بعدة قياسات. 9. بلد المنشأ والضمان: • بلد المنشأ: تركي أو أوروبي. الضمان: سنة واحدة. 10. عام الصنع: لا يقل عن 2020</p> <p>Delivery Location: Syria – Aleppo – Afrin Electrical Supply: 220V – 50 Hz. 1. Display: Color graphic LCD showing measured/set pressure, O<sub>2</sub> concentration, flow rate (LPM), infant breathing indicator. 2. Oxygen Control: Range 21%-100% FiO<sub>2</sub>. Accuracy ±2%. Electronic user-calibrated O<sub>2</sub> blender. 3. CPAP Pressure: Adjustable 3–10 cmH<sub>2</sub>O. Accuracy ±1 cmH<sub>2</sub>O. Reading accuracy 0.1 cmH<sub>2</sub>O. Safety relief valve 15–17 cmH<sub>2</sub>O. 4. Flow: Max 0–15 LPM. Accuracy ±0.5 LPM. Resolution 0.5 LPM. 5. Humidification: Chamber with temperature regulator and display. Wireless humidification preferred. 6. Mobility: 4 wheels with brakes. Adjustable IV pole. Dedicated mobile stand with integrated humidifier holder. 7. Alarms: O<sub>2</sub> ±5%, Airway pressure ±2 cmH<sub>2</sub>O, Apnea 0–25 s, Air/O<sub>2</sub> failure, power failure, low battery. Visual alarm indicator at top. 8. Accessories: 10× single-use circuits, 2× reusable, silicone nasal masks S–XL, flexible connectors, nasal prongs, bonnets. 9. Country of Origin: Turkish or European. Warranty: One year. 10. Year of manufacture: no earlier than 2020</p>

## ملحق المواصفات الفنية 02 - Teknik Özellikler Ek 02 - Technical Specifications Appendix 02

project / proje / المشروع		Establishing and Managing Child Health Services in NW Syria إنشاء وإدارة خدمات صحة الطفل في شمال غرب سوريا		
رمز الطلب Order Ref Sipariş Kodu	AHF-Procurement -2026-006	proje numarası / project number / رقم المشروع	AHF-25027	
<b>Supplier's Information / Tedarikçinin Bilgileri</b> معلومات المورد				
Commercial Name / Ticari Ad / الاسم التجاري				
Contact Person / İrtibat Kişisi / شخص التواصل				
E-mail / E-posta / البريد الإلكتروني				
Mobile / GSM / موبيل				
Address / Adres / عنوان المزود				
No رقم	اسم المواد ووصفها ITEMS DESCRIPTION SPECIFICATION Malzemenin Adı ve Özelligi	الوحدة Unit Birim	الكمية Quantity Adet	المواصفات الفنية Specification Teknik Özellikler
2	جهاز مراقبة العلامات الحيوية Monitor	جهاز Device	6	<p>موقع التسليم: سوريا – حلب – عفرين التغذية الكهربائية: 220 فولت <math>\pm 10\%</math>، 50 هرتز. المواصفات الفنية الإلزامية:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. شاشة العرض:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• شاشة LCD بتقنية اللمس عالية الدقة HD لا تقل عن 14 بوصة.</li> <li>2. نطاق الاستخدام:</li> <li>• للكبار والصغار وحديثي الولادة مع تقديم كافة الملحقات اللازمة.</li> <li>3. القدرات العرضية:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>• عرض 6 منحنيات بيانية مختلفة على الأقل في وقت واحد.</li> <li>4. البارامترات المقاسة:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• تخطيط القلب (ECG). الضغط غير المباشر (NIBP). الضغط المباشر (IBP) – قناتان على الأقل.</li> <li>• نسبة تشبع الأكسجين (SpO<sub>2</sub>). معدل التنفس (RR). درجة الحرارة (T). EtCO<sub>2</sub>.</li> <li>5. الملحقات والوصلات:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>• كافة الوصلات اللازمة (هلسات أكسجة لاصقة للأطفال). 2</li> <li>6. نظام التثبيت:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• قاعدة ميكانيكية للتثبيت على الجدار، سهولة الحركة في وضعيات متعددة.</li> <li>• مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ، سهولة التعقيم.</li> <li>• ذراع لتثبيت كيبالات الحساسات والوصلات.</li> <li>7. البطارية:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• بطارية داخلية ليثيوم أيون – ساعتان على الأقل.</li> <li>8. الطباعة:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• طباعة داخلية لطباعة العلامات الحيوية.</li> <li>9. بلد المنشأ والضمان:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• بلد المنشأ: تركي أو أوروبي. الضمان: سنة واحدة.</li> <li>10. عام الصنع: لا يقل عن 2020</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul></li></ul></li></ul></li></ol> <p><b>Delivery Location: Syria – Aleppo – Afrin</b>  <b>Electrical Supply: 220V <math>\pm 10\%</math>, 50 Hz.</b>  <b>1. Display: LCD touchscreen HD, minimum 14 inches.</b>  <b>2. Usage: Adults, pediatrics, and neonates. All accessories supplied.</b>  <b>3. Display: Minimum 6 simultaneous graphic curves.</b>  <b>4. Parameters: ECG, NIBP, IBP (min. 2 ch.), SpO<sub>2</sub>, RR, Temperature, EtCO<sub>2</sub>.</b>  <b>5. Accessories: All necessary connections including adhesive pediatric SpO<sub>2</sub> sensors.</b>  <b>6. Mounting: Mechanical wall-mount, multi-position, stainless/easy-clean, cable management arm.</b>  <b>7. Battery: Internal Li-Ion, minimum 2 hours operation.</b>  <b>8. Printing: Built-in printer for vital signs.</b>  <b>9. Country of Origin: Turkish or European. Warranty: One year.</b>  <b>10. Year of manufacture: no earlier than 2020</b></p>

## ملحق المواصفات الفنية 03 - Teknik Özellikler Ek 03 - Technical Specifications Appendix 03

project / proje / المشروع		Establishing and Managing Child Health Services in NW Syria إنشاء وإدارة خدمات صحة الطفل في شمال غرب سوريا		
رمز الطلب Order Ref Sipariş Kodu	AHF-Procurement -2026-006	proje numarası / project number / رقم المشروع	AHF-25027	
<b>Supplier's Information / Tedarikçinin Bilgileri</b> معلومات المورد				
Commercial Name / Ticari Ad / الاسم التجاري				
Contact Person / İrtibat Kişisi / شخص التواصل				
E-mail / E-posta / البريد الإلكتروني				
Mobile / GSM / موبيل				
Address / Adres / عنوان المورد				
No رقم	اسم المواد ووصفها ITEMS DESCRIPTION SPECIFICATION Malzemenin Adı ve Özelligi	الوحدة Unit Birim	الكمية Quantity Adet	المواصفات الفنية Specification Teknik Özellikler
3	صادم كهربائي مع شاشة وعربة Defiblator - with monitor and trolley.	جهاز Device	1	<p>موقع التسليم: سوريا - حلب - عفرين التغذية الكهربائية: 220 فولت، 50 هرتز. المواصفات الفنية الإلزامية: 1. المواصفات الأساسية: • شاشة رقمية لا تقل عن 7 إنش. طاقة خرج عظمى لا تقل عن 350 جول (Biphasic). • يحدد العارض شكل ومواصفات الموجة. 2. مواصفات الأمان: • مدخل إشارة القلب محمي من تأثير تفريغ الصدمة الكهربائية. • يفرغ الشحنة داخلياً بعد فترة زمنية محددة إذا لم تُستخدم. • مزود بكل الإنذارات الصوتية المناسبة. 3. الأقطاب والمجسات: • زوج أقطاب تفريغ خارجي (أقطاب الصغار يُركب عليها أقطاب الكبار). • مجسات للصدمة والصدمة المتمزمن للبالغين والأطفال. 4. التغذية والطاقة: • بطارية داخلية ليثيوم أيون تكفي لـ 10 مرات صدم على أعلى قيمة. 5. المراقبة والطباعة: • مونيتر لمراقبة العلامات الحيوية (الأكسجة، ECG، الضغط). • طباعة مدمجة لطباعة نتائج الصدمة والعلامات الحيوية. • نظام AED المساعد في حالات الرجفان القلبي. 6. الملحقات والعربة: • إلكترونيات أحادية الاستخدام لـ 20 مريض على الأقل. • عربة سهلة الحركة من مواد غير قابلة للصدأ. 7. بلد المنشأ والضمان: • بلد المنشأ: تركي أو أوروبي. الضمان: سنة واحدة. 8. عام الصنع: 2025.</p> <p><b>Delivery Location: Syria – Aleppo – Afrin</b> <b>Electrical Supply: 220V, 50 Hz.</b> <b>1. Basic: Screen ≥7". Max energy ≥350J Biphasic. Bidder to specify waveform.</b> <b>2. Safety: ECG input protected from shock. Auto internal charge dissipation. Audio alarms.</b> <b>3. Electrodes: External defibrillation pair (pediatric + adult). Adult/pediatric synchronized shock sensors.</b> <b>4. Power: Internal Li-Ion for 10 max-energy shocks.</b> <b>5. Monitoring: Vital signs monitor (SpO<sub>2</sub>, ECG, NIBP). Built-in printer. AED system.</b> <b>6. Accessories: Single-use electrodes ≥20 patients. Stainless easy-moving trolley.</b> <b>7. Country of Origin: Turkish or European. Warranty: One year.</b> <b>8. Year of manufacture: 2025.</b></p>

## Technical Specifications Appendix 04 - Teknik Özellikler Ek 04 - 04 ملحق المواصفات الفنية 04

project / proje / المشروع		Establishing and Managing Child Health Services in NW Syria إنشاء وإدارة خدمات صحة الطفل في شمال غرب سوريا	
رمز الطلب Order Ref Sipariş Kodu	AHF-Procurement -2026-006	proje numarası / project number / رقم المشروع	AHF-25027
Supplier's Information / Tedarikçinin Bilgileri / معلومات المورد			
Commercial Name / Ticari Ad / الاسم التجاري			
Contact Person / İrtibat Kişisi / شخص التواصل			
E-mail / E-posta / البريد الإلكتروني			
Mobile / GSM / موبيل			
Address / Adres / عنوان المورد			
No رقم	اسم المواد ووصفها ITEMS DESCRIPTION SPECIFICATION Malzemenin Adı ve Özelliği	الوحدة Unit Birim	الكمية Quantity Adet
4	أسطوانة اوكسجين مع مرتبط لشبكة الأوكسجين Oxygen cylinder with oxygen net hub.	اسطوانة Cylinder	20
<p style="text-align: right;">موقع التسليم: سوريا – حلب – عفرين المواصفات الفنية الإلزامية: 1. الأسطوانة: • مصنوعة من الحديد الصلب (Steel). • السعة: 7070 لتر أوكسجين مضغوط. الارتفاع: 132 سم. القطر: 23 سم. • تتحمل ضغطاً هوائياً حتى 140 بار. 2. الصمام: • صمام نحاسي طبي متوافق مع معايير المستشفيات للربط على الشبكة. • وجود صمام أمان. 3. مرتبط الأوكسجين: • مرتبط نحاسي متوافق مع شبكة المستشفى. • يمكن ربط الأسطوانات عبره في حالات الطوارئ. • مرتبط واحد على الأقل مع مأخذين. متوافق مع الأسطوانات. 4. بلد المنشأ والضمان: • بلد المنشأ: تركي أو أوروبي. الضمان: سنة واحدة. 5. سنة الصنع: لا تقل عن عام 2020</p> <p style="text-align: left;">Delivery Location: Syria – Aleppo – Afrin 1. Cylinder: Solid steel. Capacity: 7070 L compressed O<sub>2</sub>. Height: 132 cm, Diameter: 23 cm. Max pressure: 140 bar. 2. Valve: Medical-grade copper, hospital-standard compatible. Safety valve included. 3. Hub: Copper hub compatible with hospital network. Emergency cylinder connection. Min. 1 hub with 2 outlets. Compatible with cylinders. 4. Country of Origin: Turkish or European. Warranty: One year. 5. Year of manufacture: No earlier than 2020</p>			

## Technical Specifications Appendix 05 - Teknik Özellikler Ek 05 - 05 ملحق المواصفات الفنية

project / proje / المشروع		Establishing and Managing Child Health Services in NW Syria إنشاء وإدارة خدمات صحة الطفل في شمال غرب سوريا	
رمز الطلب Order Ref Sipariş Kodu	AHF-Procurement -2026-006	proje numarası / project number / رقم المشروع	AHF-25027
<b>Supplier's Information / Tedarikçinin Bilgileri</b> معلومات المورد			
Commercial Name / Ticari Ad / الاسم التجاري			
Contact Person / İrtibat Kişisi / شخص التواصل			
E-mail / E-posta / البريد الإلكتروني			
Mobile / GSM / موبيل			
Address / Adres / عنوان المورد			
No رقم	اسم المواد ووصفها ITEMS DESCRIPTION SPECIFICATION Malzemenin Adı ve Özelliği	الوحدة Unit Birim	الكمية Quantity Adet
5	مرطب أوكسجين Oxygen Flow meter	جهاز Device	15
<p>موقع التسليم: سوريا – حلب – عفرين</p> <p>المواصفات الفنية الإلزامية:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. السعة: 250–500 مل.</li> <li>2. المادة: بولي كربونات أو بولي بروبيلين مقاوم للضغط والحرارة، شفاف لرؤية مستوى الماء.</li> <li>3. الغطاء: محكم الإغلاق، مزود بصمام أمان لتفريغ الضغط الزائد.</li> <li>4. مدخل الغاز: متوافق مع أنظمة الأوكسجين القياسية (أنبوب 6 مم أو وصلة لولبية).</li> <li>5. مخرج الغاز: أنبوب لنقل الأوكسجين المرطب إلى المريض.</li> <li>6. الضغط التشغيلي: حتى 6 بار.</li> <li>7. بلد المنشأ والضمان:</li> <li>• بلد المنشأ: تركي أو أوروبي. الضمان: 6 أشهر على الأقل.</li> <li>8. سنة الصنع: لا تقل عن عام 2020</li> </ol>			
<p><b>Delivery Location: Syria – Aleppo – Afrin</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capacity: 250–500 ml.</li> <li>2. Material: Pressure/heat-resistant polycarbonate or polypropylene; transparent for water level visibility.</li> <li>3. Lid: Airtight with safety valve for excess pressure release.</li> <li>4. Gas Inlet: Compatible with standard O<sub>2</sub> systems (6 mm tubing or threaded connector).</li> <li>5. Gas Outlet: Tubing for humidified oxygen delivery to patient.</li> <li>6. Operating Pressure: Up to 6 bar.</li> <li>7. Country of Origin: Turkish or European. Warranty: Minimum 6 months.</li> <li>8. Year of manufacture: No earlier than 2020</li> </ol>			

## Technical Specifications Appendix 06 - Teknik Özellikler Ek 06 - 06 ملحق المواصفات الفنية

project / proje / المشروع		Establishing and Managing Child Health Services in NW Syria إنشاء وإدارة خدمات صحة الطفل في شمال غرب سوريا		
رمز الطلب Order Ref Sipariş Kodu	AHF-Procurement -2026-006	proje numarası / project number / رقم المشروع	AHF-25027	
Supplier's Information / Tedarikçinin Bilgileri معلومات المورد				
Commercial Name / Ticari Ad / الاسم التجاري				
Contact Person / İrtibat Kişisi / شخص التواصل				
E-mail / E-posta / البريد الإلكتروني				
Mobile / GSM / موبيل				
Address / Adres / عنوان المورد				
No رقم	اسم المواد ووصفها ITEMS DESCRIPTION SPECIFICATION Malzemenin Adı ve Özelliği	الوحدة Unit Birim	الكمية Quantity Adet	المواصفات الفنية Specification Teknik Özellikler
6	لارينغو Larigo scop	جهاز Device	5	<p>موقع التسليم: سوريا – حلب – عفرين المواصفات الفنية الإلزامية:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. الرؤوس والنصال: يحتوي على الأقل 3 قياسات للروس. نصال مستقيمة ومائلة مناسبة للأطفال.</li> <li>2. الإضاءة: مصباح إنارة صغير إضافي لكل رأس.</li> <li>3. الهيكل والبطارية: الجسم من الستانلس ستيل المقاوم للصدأ.</li> <li>4. بطارية داخلية قابلة للشحن.</li> <li>5. بلد المنشأ والضمان: بلد المنشأ: تركي أو أوروبي. الضمان: سنة واحدة.</li> </ol> <p>5. سنة الصنع: لا تقل عن عام 2020</p>
				<p><b>Delivery Location: Syria – Aleppo – Afrin</b></p> <p><b>1. Heads &amp; Blades: Min. 3 interchangeable head sizes. Straight and angled blades suitable for pediatric.</b></p> <p><b>2. Illumination: Additional small light for each head.</b></p> <p><b>3. Body &amp; Battery: Rust-resistant stainless steel body. Built-in rechargeable battery.</b></p> <p><b>4. Country of Origin: Turkish or European. Warranty: One year.</b></p> <p><b>5. Year of manufacture: No earlier than 2020</b></p>

## Technical Specifications Appendix 07 - Teknik Özellikler Ek 07 - 07 ملحق المواصفات الفنية 07

project / proje / المشروع		Establishing and Managing Child Health Services in NW Syria إنشاء وإدارة خدمات صحة الطفل في شمال غرب سوريا		
رمز الطلب Order Ref Sipariş Kodu	AHF-Procurement -2026-006	proje numarası / project number / رقم المشروع	AHF-25027	
Supplier's Information / Tedarikçinin Bilgileri معلومات المورد				
Commercial Name / Ticari Ad / الاسم التجاري				
Contact Person / İrtibat Kişisi / شخص التواصل				
E-mail / E-posta / البريد الإلكتروني				
Mobile / GSM / موبيل				
Address / Adres / عنوان المورد				
No رقم	اسم المواد ووصفها ITEMS DESCRIPTION SPECIFICATION Malzemenin Adı ve Özelligi	الوحدة Unit Birim	الكمية Quantity Adet	المواصفات الفنية Specification Teknik Özellikler
7	مضخة سيروم Serum Pump	جهاز Device	9	<p>موقع التسليم: سوريا – حلب – عفرين التغذية الكهربائية: 220 فولت، 50 هرتز. المواصفات الفنية الإلزامية:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. الشاشة والعرض: <ul style="list-style-type: none"> <li>• شاشة تحكم رقمية لضبط كل بارامترات المضخة (الزمن والكمية).</li> <li>• تظهر حالة المضخة وحساسات السرنج وجميع الإنذارات.</li> </ul> </li> <li>2. المواصفات التقنية: <ul style="list-style-type: none"> <li>• دقة المضخة: 0.01 مليلتر. نظام الجرعات مدمج.</li> <li>• متوافقة مع محاقن بحجوم قياسية مختلفة.</li> <li>• يُفضل التعرف الآلي على حجم المحقنة. غير مقيدة بشركة تصنيع محددة.</li> </ul> </li> <li>3. نظام الإنذارات: <ul style="list-style-type: none"> <li>• إنذار انتهاء الكمية. إنذار انسداد. إنذار انقطاع الكهرباء.</li> <li>• إنذارات قبل وأثناء عمل المضخة.</li> </ul> </li> <li>4. التجهيزات: <ul style="list-style-type: none"> <li>• بطارية داخلية لا تقل عن 30 دقيقة. قاعدة معدنية للتثبيت على حامل.</li> </ul> </li> <li>5. بلد المنشأ والضمان: <ul style="list-style-type: none"> <li>• بلد المنشأ: تركي أو أوروبي. الضمان: سنة واحدة.</li> </ul> </li> <li>6. سنة الصنع: لا تقل عن عام 2020</li> </ol> <p><b>Delivery Location: Syria – Aleppo – Afrin</b> <b>Electrical Supply: 220V, 50 Hz.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Display: Digital control screen for all pump parameters (time, volume). Shows status, syringe sensors, all alarms.</li> <li>2. Technical: Accuracy 0.01 ml. Integrated dosing system. Compatible with various standard syringe sizes. Auto recognition preferred. Not brand-specific.</li> <li>3. Alarms: Volume depletion, occlusion, power failure, pre/during-operation alarms.</li> <li>4. Features: Internal battery ≥30 min. Metal mounting base for stand.</li> <li>5. Country of Origin: Turkish or European. Warranty: One year.</li> <li>6. Year of manufacture: No earlier than 2020</li> </ol>

## ملحق المواصفات الفنية 08 - Teknik Özellikler Ek 08 - Technical Specifications Appendix 08

المشروع / proje / المشروع		Establishing and Managing Child Health Services in NW Syria إنشاء وإدارة خدمات صحة الطفل في شمال غرب سوريا		
رمز الطلب Order Ref Sipariş Kodu	AHF-Procurement -2026-006	رقم المشروع / project number / proje numarası	AHF-25027	
معلومات المورد / Tedarikçinin Bilgileri / Supplier's Information				
Commercial Name / Ticari Ad / الاسم التجاري				
Contact Person / İrtibat Kişisi / شخص التواصل				
E-mail / E-posta / البريد الإلكتروني				
Mobile / GSM / موبيل				
Address / Adres / عنوان المورد				
No رقم	اسم المواد ووصفها ITEMS DESCRIPTION SPECIFICATION Malzemenin Adı ve Özelligi	الوحدة Unit Birim	الكمية Quantity Adet	المواصفات الفنية Specification Teknik Özellikler
8	مضخة أدوية Medication Pump	جهاز Device	9	<p>موقع التسليم: سوريا – حلب – عفرين التغذية الكهربائية: 220 فولت، 50 هرتز. المواصفات الفنية الإلزامية:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. الشاشة والعرض: <ul style="list-style-type: none"> <li>• شاشة تحكم رقمية دقيقة لضبط كل بارامترات المضخة.</li> <li>2. المواصفات التقنية: <ul style="list-style-type: none"> <li>• دقة المضخة: 0.01 مليلتر. حجم المحقنة الأساسي: 50 مل.</li> <li>• إمكانية استخدام محاقن بحجوم قياسية أخرى.</li> <li>• يفضل التعرف الآلي على حجم المحقنة. غير مقيدة بشركة تصنيع محددة.</li> <li>3. الوظائف والتحكم: <ul style="list-style-type: none"> <li>• إمكانية الفحص الذاتي. إمكانية إعطاء جرعة بولوس (Bolus).</li> <li>• أزرار تحكم: الكمية، الجرعات، الوقت، سرعة الضخ.</li> <li>4. نظام الإنذارات: <ul style="list-style-type: none"> <li>• إنذار فشل السرنج. إنذار انسداد. إنذار انتهاء الجرعة.</li> <li>• إنذارات قبل وأثناء عمل المضخة.</li> <li>5. التجهيزات: <ul style="list-style-type: none"> <li>• بطارية داخلية لا تقل عن 30 دقيقة. قاعدة للتثبيت على حامل خاص.</li> <li>6. بلد المنشأ والضمان: <ul style="list-style-type: none"> <li>• بلد المنشأ: تركي أو أوروبي. الضمان: سنة واحدة.</li> <li>7. سنة الصنع: لا تقل عن عام 2020</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul></li></ul></li></ol> <p>Delivery Location: Syria – Aleppo – Afrin Electrical Supply: 220V, 50 Hz. 1. Display: Digital control screen for pump parameters. 2. Technical: Accuracy 0.01 ml. Primary syringe 50 ml. Various standard sizes compatible. Auto recognition preferred. Not brand-specific. 3. Functions: Self-test. Bolus administration. Controls: quantity, doses, time, speed. 4. Alarms: Syringe failure, occlusion, dose completion, pre/during-operation. 5. Features: Internal battery ≥30 min. Mounting base for stand. 6. Country of Origin: Turkish or European. Warranty: One year. 7. Year of manufacture: No earlier than 2020</p>